

**β-HB Calibrator****Value sheet of Mindray BS Measurement System**

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma. Portuguese: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa. Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;2. **BS-200**: BS-200, BS-220;3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;4. **BS-230**: BS-230, BS-240;5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;6. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

**BS-330E (V35.00)** (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

7. **BS-380**: BS-380, BS-390;8. **BS-400**: BS-400, BS-420;9. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;10. **BS-480**: BS-480, BS-490;11. **BS-600**: BS-600, BS-620;12. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;13. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;14. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;15. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Português: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Italiano: Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;

Русский: Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;

Español: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Türkçe: Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.

LOT : 146523009



: 2025-02-07

Abbreviated name	β-HB	
Model	Level	Calibration Value <sup>16</sup> (mmol/L)
<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	<b>Cal1</b>	0.910
<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	<b>Cal1</b>	0.930
<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	<b>Cal1</b>	0.900
<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	<b>Cal1</b>	0.900
<b>BS-360E</b> <sup>6</sup>	<b>Cal1</b>	0.940
<b>BS-380</b> <sup>7</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-400</b> <sup>8</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-430</b> <sup>9</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-480</b> <sup>10</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-600</b> <sup>11</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-600M</b> <sup>12</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-800</b> <sup>13</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-2000</b> <sup>14</sup>	<b>Cal1</b>	0.960
<b>BS-2800M</b> <sup>15</sup>	<b>Cal1</b>	0.960

English	Abbreviated name	Calibration Value	Model	Level
Русский	сокращенное наименование	Эталонное значение	модель	Уровень
Português	Nome abreviado	Valor de calibração	Modelo	Nível
Español	nombre abreviado	Valor de calibración	modelo	Nivel
Italiano	abbreviazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

β-HB	
English	β-Hydroxybutyrate
Русский	β-гидроксибутирата
Português	β-Hidroxibutirato
Español	β-hidroxibutirato
Italiano	β-idrossibutirato
Türkçe	β-Hidroksibötrat