

# Prealbumin Calibrator



## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120:** BS-120, BS-130;

11. **BS-380:** BS-380, BS-390;

2. **BS-180:** BS-180, BS-190;

12. **BS-400:** BS-400, BS-420;

3. **BS-200:** BS-200, BS-220;

13. **BS-430:** BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-200E:** BS-200E, BS-220E;

14. **BS-480:** BS-480, BS-490;

5. **BS-230:** BS-230, BS-240;

15. **BS-600:** BS-600, BS-620;

6. **BS-240E:** BS-240E, BS-240Pro;

16. **BS-600M:** BS-600M, BS-620M;

7. **BS-300:** BS-300, BS-320;

17. **BS-800:** BS-800, BS-820, BS-800M,

8. **BS-330:** BS-330, BS-350;

BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

9. **BS-330E: BS-330E(Serial Number starts with "XQ-"),**

18. **BS-2000:** BS-2000, BS-2200,

**BS-350E(Serial Number starts with "XS-");**

BS-2000M, BS-2200M;

10. **BS-360E:** BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

19. **BS-2800M:** BS-2800M, BS-2600M.

**BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");**

20. **S1:0.9% NaCl, Conc. Of S1=0;**

Русский: S1: 0,9% NaCl, конц. S1=0;

Português: S1:0,9% NaCl, Conc. de S1=0;

Türkçe: S1:%0,9 NaCl, S1 Kons.=0;

Italiano: S1:0,9% NaCl, conc. di S1=0;

Español: S1:0,9% NaCl, Conc. de S1=0.

**LOT**: 151022007

**EXP**: 2024-05-13

Abbreviated name		PA		Calibration Rule		spline
Model	Level	Calibrator Value <sup>20</sup>		Sample Vol for Dilution (µL)	Diluent Vol (µL)	Sample Vol For Analysis (µL)
		mg/L	µmol/L			
BS-120 <sup>1</sup>	S2	59.6	1.08	33	187	7
	S3	121	2.20	45	180	10.5
	S4	224	4.08	45	180	21
	S5	406	7.39	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20
BS-180 <sup>2</sup>	S2	59.6	1.08	33	187	7
	S3	121	2.20	45	180	10.5
	S4	224	4.08	45	180	21
	S5	406	7.39	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20
BS-200 <sup>3</sup>	S2	68.0	1.24	33	187	7
	S3	123	2.24	45	180	10.5
	S4	218	3.97	45	180	21
	S5	402	7.32	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20
BS-200E <sup>4</sup>	S2	63.5	1.16	30	170	8.4
	S3	135	2.46	35	140	12.8
	S4	236	4.30	35	140	25.9
	S5	412	7.50	/	/	8.4
	S6	996	18.1	/	/	24
BS-300 <sup>7</sup>	S2	64.0	1.16	33	187	7
	S3	125	2.28	15	195	32
	S4	232	4.22	35	230	34
	S5	412	7.50	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20

# Prealbumin Calibrator



Abbreviated name		PA		Calibration Rule		spline
Model	Level	Calibrator Value <sup>20</sup>		Sample Vol For Dilution (μL)	Diluent Vol (μL)	Sample Vol For Analysis (μL)
		mg/L	μmol/L			
BS-330 <sup>8</sup>	S2	68.0	1.24	33	187	7
	S3	123	2.24	45	180	10.5
	S4	218	3.97	45	180	21
	S5	402	7.32	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20
BS-330E <sup>9</sup>	S2	63.5	1.16	30	170	8.4
	S3	135	2.46	35	140	12.8
	S4	236	4.30	35	140	25.9
	S5	412	7.50	/	/	8.4
	S6	996	18.1	/	/	24
BS-380 <sup>11</sup>	S2	59.6	1.08	24	136	7
	S3	121	2.20	10	130	32
	S4	224	4.08	21	138	34
	S5	406	7.39	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20
BS-400 <sup>12</sup>	S2	66.0	1.20	24	136	7
	S3	123	2.24	10	130	32
	S4	228	4.15	21	138	34
	S5	415	7.55	/	/	7
	S6	996	18.1	/	/	20
Abbreviated name		PA		Calibration Rule		spline
Model	Level	Calibrator Value <sup>20</sup>		Sample Vol For Analysis (μL)	Sample Vol for Dilution (μL)	Diluent Vol (μL)
		mg/L	μmol/L			
BS-230 <sup>5</sup>	S2	59.6	1.08	5.6	27	153
	S3	121	2.20	8.4	36	144
	S4	224	4.08	16.8	36	144
	S5	406	7.39	5.6	/	/
	S6	996	18.1	16	/	/
BS-240E <sup>6</sup>	S2	64.0	1.16	5.6	21	119
	S3	124	2.26	25.6	10	130
	S4	227	4.13	27.2	21	138
	S5	410	7.46	5.6	/	/
	S6	996	18.1	16	/	/
BS-360E <sup>10</sup>	S2	63.0	1.15	7	21	119
	S3	125	2.28	32	10	130
	S4	228	4.15	34	21	138
	S5	420	7.64	7	/	/
	S6	996	18.1	20	/	/
BS-430 <sup>13</sup>	S2	59.6	1.08	7	18	102
	S3	121	2.20	32	10	130
	S4	224	4.08	34	21	138
	S5	406	7.39	7	/	/
	S6	996	18.1	20	/	/
BS-480 <sup>14</sup>	S2	66.0	1.20	7	24	136
	S3	126	2.29	32	10	130
	S4	230	4.19	34	21	138
	S5	416	7.57	7	/	/
	S6	945	17.2	20	/	/

# Prealbumin Calibrator



Abbreviated name		PA		Calibration Rule		spline
Model	Level	Calibrator Value <sup>20</sup>		Sample Vol For Analysis (µL)	Sample Vol for Dilution (µL)	Diluent Vol (µL)
		mg/L	µmol/L			
BS-600 <sup>15</sup>	S2	61.4	1.12	7	18	102
	S3	121	2.20	32	10	130
	S4	228	4.15	34	21	138
	S5	416	7.57	7	/	/
	S6	945	17.2	20	/	/
	BS-600M <sup>16</sup>	S2	64.0	1.16	5.6	18
S3		130	2.37	8.4	25	100
S4		234	4.26	16.8	25	100
S5		400	7.28	5.6	/	/
S6		996	18.1	16	/	/
BS-800 <sup>17</sup> R1: R2: S =120:45:4.2		S2	59.6	1.08	4.2	18
	S3	121	2.20	19.2	10	130
	S4	224	4.08	20.4	21	138
	S5	406	7.39	4.2	/	/
	S6	996	18.1	12	/	/
	BS-800 <sup>17</sup> R1: R2: S =200:75:7	S2	59.6	1.08	7	18
S3		121	2.20	32	10	130
S4		224	4.08	34	21	138
S5		406	7.39	7	/	/
S6		996	18.1	20	/	/
BS-2000 <sup>18</sup>		S2	63.3	1.15	4.2	18
	S3	123	2.24	19.2	10	130
	S4	228	4.15	20.4	21	138
	S5	407	7.41	4.2	/	/
	S6	945	17.2	12	/	/
	BS-2800M <sup>19</sup>	S2	66.3	1.21	4.2	18
S3		130	2.37	19.2	10	130
S4		241	4.39	20.4	21	138
S5		417	7.59	4.2	/	/
S6		999	18.2	12	/	/
<b>English</b>		<b>Abbreviated name</b>	<b>Calibration Rule</b>		<b>Model</b>	<b>Level</b>
<b>Русский</b>	сокращенное наименование	Принцип калибровки		модель	Уровень	
<b>Português</b>	Nome abreviado	Regra de calibração		Modelo	Nível	
<b>Español</b>	nombre abreviado	Regla de calibración		modelo	Nivel	
<b>Italiano</b>	abbreviazione	Regola di calibrazione		modelli	Livello	
<b>Türkçe</b>	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Kuralı		model	Düzey	
<b>English</b>	<b>Calibration Value</b>	<b>Sample Vol for Dilution</b>	<b>Diluent Vol</b>	<b>Sample Vol For Analysis</b>		
<b>Русский</b>	Эталонное значение	Объем пробы для разбавления	Объем разбавителя	Объем пробы для анализа		
<b>Português</b>	Valor de calibração	Volume da amostra para diluição	Volume de diluente	Volume da amostra para análise		
<b>Español</b>	Valor de calibración	Vol. muestra para dilución	Vol. diluyente	Vol. muestra para análisis		
<b>Italiano</b>	Valore di calibrazione	Vol. campione per la diluizione	Vol. diluente	Vol. campione per analisi		
<b>Türkçe</b>	Kalibrasyon Değeri	Dilüsyon için Numune Hacmi	Seyreltici Hacmi	Analiz için Numune Hacmi		
<b>PA</b>						
<b>English</b>	Prealbumin					
<b>Русский</b>	преальбумина					
<b>Português</b>	pré-albumina					
<b>Español</b>	Prealbúmina					
<b>Italiano</b>	prealbumina					
<b>Türkçe</b>	Prealbümin					