

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.      Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.      Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

7.**BS-380**: BS-380, BS-390;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

8.**BS-400**: BS-400, BS-420;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

10.**BS-480**: BS-480, BS-490;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11.**BS-600**: BS-600, BS-620;

6.**BS-360E**: BS-360E,BS-370E,BS-350S,BS-360S, **BS-330E(V35.00)**

12.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

(Serial Number starts with "W8-" and software version starts

13.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,  
BS-1800, BS-1800plus;

with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with

14.**BS-2000**:BS-2000,BS-2200,BS-2000M, BS-2200M;

"W9-" and software version starts with "35.00");

15.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.**

**LOT**: 153922006

**EXP**: 2023-09-14

Abbreviated name		ACE	
Model	Level	Calibration Value <sup>16</sup>	
		U/L	µkat/L
<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	<b>Cal1</b>	77.5	1.29
<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	<b>Cal1</b>	79.1	1.32
<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	<b>Cal1</b>	77.5	1.29
<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	<b>Cal1</b>	77.5	1.29
<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	<b>Cal1</b>	66.3	1.11
<b>BS-360E</b> <sup>6</sup>	<b>Cal1</b>	66.3	1.11
<b>BS-380</b> <sup>7</sup>	<b>Cal1</b>	68.6	1.15
<b>BS-400</b> <sup>8</sup>	<b>Cal1</b>	68.6	1.15
<b>BS-430</b> <sup>9</sup>	<b>Cal1</b>	66.3	1.11
<b>BS-480</b> <sup>10</sup>	<b>Cal1</b>	66.3	1.11
<b>BS-600</b> <sup>11</sup>	<b>Cal1</b>	66.3	1.11
<b>BS-600M</b> <sup>12</sup>	<b>Cal1</b>	72.7	1.21
<b>BS-800</b> <sup>13</sup>	<b>Cal1</b>	66.3	1.11
<b>BS-2000</b> <sup>14</sup>	<b>Cal1</b>	68.6	1.15
<b>BS-2800M</b> <sup>15</sup>	<b>Cal1</b>	70.4	1.18

English	Abbreviated name	Calibration Value	Model	Level
<b>Русский</b>	сокращенное наименование	Эталонное значение	модель	Уровень
<b>Português</b>	Nome abreviado	Valor de calibração	Modelo	Nível
<b>Español</b>	nombre abreviado	Valor de calibración	modelo	Nivel
<b>Italiano</b>	abbreviazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
<b>Türkçe</b>	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

ACE	
<b>English</b>	Angiotensin Converting Enzyme
<b>Русский</b>	Ангиотензин-превращающего фермента
<b>Português</b>	Enzima de conversão da angiotensina
<b>Español</b>	Enzima convertidora de angiotensina
<b>Italiano</b>	Enzima convertitore dell'angiotensina
<b>Türkçe</b>	Anjiotensin Dönüştürücü Enzim