

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-230**: BS-230, BS-240;

6. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

8. **BS-480**: BS-480, BS-490;

**BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"),**BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9. **BS-600**: BS-600, BS-620

10. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

11. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

12. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

13. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0**

**LOT**: 152722002

**Exp. Date**: 2023-09-26

Abbreviated name		FER		Calibration Rule		spline	
Model	Level	Calibration Value <sup>13</sup>		Model	Level	Calibration Value <sup>13</sup>	
		ng/mL	pmol/L			ng/mL	pmol/L
BS-200E <sup>1</sup>	a	116	261	BS-430 <sup>7</sup>	a	125	281
	b	230	517		b	240	539
	c	595	1337		c	556	1249
	d	1127	2532		d	1092	2454
BS-230 <sup>2</sup>	a	116	261	BS-480 <sup>8</sup>	a	116	261
	b	230	517		b	227	510
	c	595	1337		c	555	1247
	d	1127	2532		d	1094	2458
BS-240E <sup>3</sup>	a	119	267	BS-600 <sup>9</sup>	a	116	261
	b	229	515		b	227	510
	c	559	1256		c	555	1247
	d	1108	2490		d	1094	2458
BS-360E <sup>4</sup>	a	116	261	BS-800 <sup>10</sup>	a	116	261
	b	227	510		b	227	510
	c	555	1247		c	555	1247
	d	1094	2458		d	1094	2458
BS-380 <sup>5</sup>	a	119	267	BS-2000 <sup>11</sup>	a	114	256
	b	228	512		b	225	506
	c	566	1272		c	548	1231
	d	1094	2458		d	1098	2467

Abbreviated name		FER		Calibration Rule		spline	
Model	Level	Calibration Value <sup>13</sup>		Model	Level	Calibration Value <sup>13</sup>	
		ng/mL	pmol/L			ng/mL	pmol/L
BS-400 <sup>6</sup>	a	119	267	BS-2800M <sup>12</sup>	a	114	256
	b	228	512		b	226	508
	c	566	1272		c	549	1234
	d	1094	2458		d	1105	2483

English	Abbreviated name	Calibration Rule	Calibration Value	Model	Level
<b>Русский</b>	сокращенное наименование	Принцип калибровки	Эталонное значение	модель	Уровень
<b>Português</b>	Nome abreviado	Regra de calibração	Valor de calibração	Modelo	Nível
<b>Español</b>	nombre abreviado	Regla de calibración	Valor de calibración	modelo	Nivel
<b>Italiano</b>	abbreviazione	Regola di calibrazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
<b>Türkçe</b>	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Kuralı	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

FER	
<b>English</b>	Ferritin
<b>Русский</b>	ферритина
<b>Português</b>	Ferritina
<b>Español</b>	Ferritina
<b>Italiano</b>	Ferritina
<b>Türkçe</b>	Ferritin