

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.BS-120: BS-120, BS-130, BS-180, BS-190;

9.BS-480: BS-480, BS-490;

2.BS-200: BS-200, BS-220, BS-330, BS-350;

10.BS-600: BS-600, BS-620;

3.BS-200E: BS-200E, BS-220E,;

11.BS-600M: BS-600M, BS-620M;

4.BS-240: BS-230, BS-240;

12.BS-800: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

5.BS-240E: BS240E, BS240Pro;

13.BS-2000: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

6.BS-360E: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-

14.BS-2800M:BS-2600M, BS-2800M;

330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with"W9-" and software version starts with "35.00");

7.BS-380: BS-380, BS-390;

15.Applicable models of the chemistry shall be subject to the parameter list and instructions.

8.BS-400: BS-400, BS-420;

LOT : 057524001

: 2025-06-04

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон(результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa(Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango(Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore di concentrazione±3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

## G6PD

English	Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Русский	глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
Português	Glicose-6-fosfato desidrogenase
Español	Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Italiano	Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
Türkçe	Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz

Abbreviated name	Unit	Level: L/N					Level: H/P						
		Model	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD	Model	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD		
G6PD	U/L	BS-120 <sup>1</sup>	1261	1009	—	1513	84	BS-120 <sup>1</sup>	2596	2074	—	3118	174
		BS-200 <sup>2</sup>	1212	969	—	1455	81	BS-200 <sup>2</sup>	2510	2006	—	3014	168
		BS-200E <sup>3</sup>	1070	854	—	1286	72	BS-200E <sup>3</sup>	2186	1748	—	2624	146
		BS-240 <sup>4</sup>	1062	849	—	1275	71	BS-240 <sup>4</sup>	2192	1751	—	2633	147
		BS-240E <sup>5</sup>	1126	901	—	1351	75	BS-240E <sup>5</sup>	2321	1853	—	2789	156
		BS-360E <sup>6</sup>	1044	834	—	1254	70	BS-360E <sup>6</sup>	2163	1728	—	2598	145
		BS-380 <sup>7</sup>	1040	830	—	1250	70	BS-380 <sup>7</sup>	2195	1754	—	2636	147
		BS-400 <sup>8</sup>	1054	841	—	1267	71	BS-400 <sup>8</sup>	2206	1762	—	2650	148
		BS-480 <sup>9</sup>	1113	888	—	1338	75	BS-480 <sup>9</sup>	2279	1820	—	2738	153
		BS-600 <sup>10</sup>	1113	888	—	1338	75	BS-600 <sup>10</sup>	2279	1820	—	2738	153
		BS-600M <sup>11</sup>	1120	895	—	1345	75	BS-600M <sup>11</sup>	2314	1849	—	2779	155
		BS-800 <sup>12</sup>	1113	888	—	1338	75	BS-800 <sup>12</sup>	2279	1820	—	2738	153
		BS-2000 <sup>13</sup>	1147	916	—	1378	77	BS-2000 <sup>13</sup>	2316	1851	—	2781	155
		BS-2800M <sup>14</sup>	1163	929	—	1397	78	BS-2800M <sup>14</sup>	2345	1874	—	2816	157
		BS-120 <sup>1</sup>	21.1	16.9	—	25.3	1.4	BS-120 <sup>1</sup>	43.4	34.6	—	52.1	2.9
		BS-200 <sup>2</sup>	20.2	16.2	—	24.3	1.4	BS-200 <sup>2</sup>	41.9	33.5	—	50.3	2.8
		BS-200E <sup>3</sup>	17.9	14.3	—	21.5	1.2	BS-200E <sup>3</sup>	36.5	29.2	—	43.8	2.4

	<b>BS-240<sup>4</sup></b>	17.7	14.2	—	21.3	1.2	<b>BS-240<sup>4</sup></b>	36.6	29.2	—	44.0	2.5
	<b>BS-240E<sup>5</sup></b>	18.8	15.0	—	22.6	1.3	<b>BS-240E<sup>5</sup></b>	38.8	30.9	—	46.6	2.6
	<b>BS-360E<sup>6</sup></b>	17.4	13.9	—	20.9	1.2	<b>BS-360E<sup>6</sup></b>	36.1	28.9	—	43.4	2.4
	<b>BS-380<sup>7</sup></b>	17.4	13.9	—	20.9	1.2	<b>BS-380<sup>7</sup></b>	36.7	29.3	—	44.0	2.5
	<b>BS-400<sup>8</sup></b>	17.6	14.0	—	21.2	1.2	<b>BS-400<sup>8</sup></b>	36.8	29.4	—	44.3	2.5
$\mu\text{kat/L}$	<b>BS-480<sup>9</sup></b>	18.6	14.8	—	22.3	1.3	<b>BS-480<sup>9</sup></b>	38.1	30.4	—	45.7	2.6
	<b>BS-600<sup>10</sup></b>	18.6	14.8	—	22.3	1.3	<b>BS-600<sup>10</sup></b>	38.1	30.4	—	45.7	2.6
	<b>BS-600M<sup>11</sup></b>	18.7	14.9	—	22.5	1.3	<b>BS-600M<sup>11</sup></b>	38.6	30.9	—	46.4	2.6
	<b>BS-800<sup>12</sup></b>	18.6	14.8	—	22.3	1.3	<b>BS-800<sup>12</sup></b>	38.1	30.4	—	45.7	2.6
	<b>BS-2000<sup>13</sup></b>	19.2	15.3	—	23.0	1.3	<b>BS-2000<sup>13</sup></b>	38.7	30.9	—	46.4	2.6
	<b>BS-2800M<sup>14</sup></b>	19.4	15.5	—	23.3	1.3	<b>BS-2800M<sup>14</sup></b>	39.2	31.3	—	47.0	2.6

# mindray

## G6PD Control

For use on: BS-2000, BS-2800M,  
BS-600M, BS-800

LOT 057524001

2025-06-04

