

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

7. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

8. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

10. **BS-480**: BS-480, BS-490;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11. **BS-600**: BS-600, BS-620;

6. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

12. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

**BS-330E (V35.00)** (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E (V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

13. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

14. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

15. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

**LOT**: 057623007

**EXP**: 2025-02-05

Abbreviated name	β-HB Control (L)						β-HB Control (H)							
	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD		
β-HB	<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	mmol/L	0.298	0.238	—	0.358	0.020	<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	mmol/L	1.16	0.92	—	1.40	0.08
	<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	mmol/L	0.294	0.234	—	0.354	0.020	<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	mmol/L	1.20	0.96	—	1.44	0.08
	<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	mmol/L	0.295	0.235	—	0.355	0.020	<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	mmol/L	0.298	0.238	—	0.358	0.020	<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	mmol/L	1.16	0.92	—	1.40	0.08
	<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-360E</b> <sup>6</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-360E</b> <sup>6</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-380</b> <sup>7</sup>	mmol/L	0.292	0.232	—	0.352	0.020	<b>BS-380</b> <sup>7</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-400</b> <sup>8</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-400</b> <sup>8</sup>	mmol/L	1.19	0.95	—	1.43	0.08
	<b>BS-430</b> <sup>9</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-430</b> <sup>9</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-480</b> <sup>10</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-480</b> <sup>10</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-600</b> <sup>11</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-600</b> <sup>11</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-600M</b> <sup>12</sup>	mmol/L	0.294	0.234	—	0.354	0.020	<b>BS-600M</b> <sup>12</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-800</b> <sup>13</sup>	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	<b>BS-800</b> <sup>13</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-2000</b> <sup>14</sup>	mmol/L	0.295	0.235	—	0.355	0.020	<b>BS-2000</b> <sup>14</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08
	<b>BS-2800M</b> <sup>15</sup>	mmol/L	0.294	0.234	—	0.354	0.020	<b>BS-2800M</b> <sup>15</sup>	mmol/L	1.17	0.93	—	1.41	0.08

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore di concentrazione ±3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

### β-HB

English	β-Hydroxybutyrate
Русский	β-гидроксипутирата
Português	β-Hidroxibutirato
Español	β-hidroxibutirato
Italiano	β-idrossibutirato
Türkçe	β-Hidroksibötrat