

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадает во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-240**;
2. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;
3. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, **BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");
4. **BS-380**: BS-380, BS-390;
5. **BS-400**: BS-400, BS-420;
6. **BS-430**: BS-450, BS-460;
7. **BS-480**: BS-480, BS-490;
8. **BS-600**: BS-600, BS-620;
9. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;
10. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;
11. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;
12. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT: 057822006

: 2024-03-08

Abbreviated name	D-Dimer Control (L)						D-Dimer Control (H)							
	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD		
D-Dimer	BS-240 ¹	µg/mL	1.56	1.09	—	2.03	0.16	BS-240 ¹	µg/mL	14.8	12.6	—	17.0	0.7
	BS-240E ²	µg/mL	1.55	1.09	—	2.02	0.16	BS-240E ²	µg/mL	14.9	12.7	—	17.1	0.7
	BS-360E ³	µg/mL	1.55	1.09	—	2.02	0.16	BS-360E ³	µg/mL	14.9	12.7	—	17.1	0.7
	BS-380 ⁴	µg/mL	1.54	1.08	—	2.00	0.15	BS-380 ⁴	µg/mL	14.8	12.6	—	17.0	0.7
	BS-400 ⁵	µg/mL	1.54	1.08	—	2.00	0.15	BS-400 ⁵	µg/mL	14.8	12.6	—	17.0	0.7
	BS-430 ⁶	µg/mL	1.57	1.10	—	2.04	0.16	BS-430 ⁶	µg/mL	14.8	12.6	—	17.0	0.7
	BS-480 ⁷	µg/mL	1.55	1.09	—	2.02	0.16	BS-480 ⁷	µg/mL	14.9	12.7	—	17.1	0.7
	BS-600 ⁸	µg/mL	1.55	1.09	—	2.02	0.16	BS-600 ⁸	µg/mL	14.9	12.7	—	17.1	0.7
	BS-600M ⁹	µg/mL	1.57	1.10	—	2.04	0.16	BS-600M ⁹	µg/mL	15.0	12.8	—	17.3	0.8
	BS-800 ¹⁰	µg/mL	1.55	1.09	—	2.02	0.16	BS-800 ¹⁰	µg/mL	14.9	12.7	—	17.1	0.7
	BS-2000 ¹¹	µg/mL	1.54	1.08	—	2.00	0.15	BS-2000 ¹¹	µg/mL	14.9	12.7	—	17.1	0.7
	BS-2800M ¹²	µg/mL	1.55	1.09	—	2.02	0.16	BS-2800M ¹²	µg/mL	15.0	12.8	—	17.3	0.8

English	Abbreviated name	D-Dimer Control	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	Контроль D-димера	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Controle D-Dimer	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	Control dímero D	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	Controllo D-Dimero	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo(valore di concentrazione ±3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	D-Dimer Kontrolü	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

D-Dimer

English	D-Dimer
Русский	D-димера
Português	D-Dimer
Español	Dímero D
Italiano	D-Dimero
Türkçe	D-Dimer