mindray REF 1 L × 1: 105-026688-00
1 L × 4: 105-026689-00

CE

Roztwór odczynnika OB

Specyfikacja pakietu
1 l × 1 / 1 l × 4

Przeznaczenie
Roztwór odczynnika OB jest stosowany do czyszczenia kanałów pomiarowych OB.

Informacje o produkcie
Roztwór odczynnika OB jest przejrzystym płynem bez osadów, zawieszonych ziaren i płatków.

Zasada testu
Nie dotyczy

Element
Składnik reaktywny
Bufor Tris ≤1%

Odpowiednie instrumenty
Produkt jest używany z analizatorami firmy Mindray wyposażonymi w funkcję wykrywania szybkości sedymentacji erytrocytów.

Wymagania dotyczące próbek
Nie dotyczy.

Pobieranie i przygotowanie próbek
Nie dotyczy.

Wymagane materiały
Nie dotyczy.

Materiały wymagane, ale nie dostarczane
Przyrządy pomiarowe produkowane przez firmę Mindray i dopasowane odczynniki.

Procedura badania
Szczegółowa procedura badania znajduje się w instrukcji obsługi odpowiednich przyrządów.

Przechowywanie i stabilność
- Zakres temperatur roboczych produktu jest zgodny z zakresem odpowiednich przyrządów.
- Przechowywać produkt w temperaturze od 2°C do 30°C (od 35°F do 86°F) przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 90%.
- Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i chronić go przed żrącymi gazami.

Stabilność	
Nieotwarty w warunkach przechowywania	2 lata
Ważność otwartej fiolki	90 dni

Przygotowanie odczynnika
Produkt jest odczynnikiem gotowym do użycia.

Opracowanie wyników
Nie dotyczy.

Przedziały referencyjne
Nie dotyczy.

Ograniczenia
Nie dotyczy

Środki ostrożności i ostrzeżenia
1. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro. Do profesjonalnych zastosowań laboratoryjnych.
2. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać ulotki dołączone do opakowania. Produkt należy zużyć przed upływem terminu ważności, a po upływie terminu ważności odpowiednio go zutylizować.
3. Nie używać odczynnika, jeśli jest zamrożony.
4. Jeśli odczynnik jest zanieczyszczony lub pod wpływem innych czynników i działa nieprawidłowo, należy zaprzestać jego używania i zastąpić go normalnym.
5. Zutylizować zużyte płyny/materiały, pozostałości i zanieczyszczone opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
6. Karta charakterystyki substancji (Safety Data Sheet, SDS) jest dostępna na żądanie.

- Ostrzeżenie: należy podjąć niezbędne środki ostrożności podczas stosowania produktu.
- Nie połykać.
- Unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.
- W razie przypadkowego przedostania się odczynnika do ust lub oczu należy przemyć je dużą ilością wody. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- W razie przypadkowego rozlania się odczynnika na skórę należy przemyć ją dużą ilością wody.

7. Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia zostały w miarę możliwości ograniczone poprzez ogólnie uznany stan wiedzy, a ogólne ryzyko resztkowe jest akceptowalne.
8. Wszelkie poważne zdarzenia związane z urządzeniem należy zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

Symbole graficzne

LOT Kod partii	Data ważności	Limit temperatury
Ograniczenie wilgotności	Wytwórca	IVD Wyrób medyczny do diagnostyki *in vitro*
REF Numer katalogowy	EC REP Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej	Patrz instrukcje użytkowania
CE Zgodność europejska	UDI Niepowtarzalny identyfikator wyrobu	

Piśmiennictwo
Nie dotyczy.

Kontakt z firmą

Producent	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Adres	Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Adres e-mail	service@mindray.com
Tel.	+86 755 81888998
Faks	+86 755 26582680
Przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej	Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Adres	Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel.	0049-40-2513175
Faks	0049-40-255726

Data zatwierdzenia instrukcji użytkowania
09-2024